

W-20 系列铝合金韦氏硬度计

概 述

W-20 系列铝合金韦氏硬度计（又称钳式硬度计），是一种轻便的，可以现场快速测试铝合金硬度的仪器。测试迅速，简便，一卡即可，硬度值直接读出，符合中国有色标准 YS/T420 和美国标准 ASTM B647，是标准 YS/T420 推荐的两种仪器之一。

W-20 系列铝合金韦氏硬度计适于测试铝合金型材、管材和板材，特别适于在生产现场、销售现场或施工现场对产品硬度进行快速、非破坏性的合格检查。

标准硬度块经过标准硬度机的检测，附有检测报告。

韦氏硬度值可换算成常用的维氏、洛氏、布氏硬度及抗拉强度值。

用 途

- * 确定工件有无热处理，检查热处理效果。
- * 确定工件是否为不适当的合金加工而成。
- * 测试不便送到实验室的过长、过重工件或装配件。
- * 用于生产检验、验收检验和质量监督检验。

主要技术参数

量 程：0-20HW

精 度：0.5HW

测量范围：相当于 20~110HRE

重 量：0.5k

厚 度：0.4mm-6mm （W-20 型韦氏硬度计）

0.4mm-13mm (W-20a 型韦氏硬度计)

管材内径: \varnothing 10mm 以上 (W-20 型、W-20a 型韦氏硬度计)

管材内径: \varnothing 6mm 以上 (W-20b 型韦氏硬度计)

标准配置

主 机:	1 台
标准硬度块:	1 块
备用 压针:	1 支
校正 扳手:	1 个
小螺 丝刀:	1 个
仪 器 箱:	1 个

产品展示





鉴定报告



深圳市高铁计量检测有限公司

SHEN ZHEN HSR MEASUREM AND INSPECTION CN.,LTD.

(高铁校准实验室)

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: GTL150650419
Certificate No.

第 1 页, 共 3 页
Page 1 of 3 Pages

客户名称: 北京时代山峰科技有限公司
Name of Customer

客户地址: 北京市海淀区小西路27号金领时代大厦1202室
Add.of Customer

计量器具名称: 韦氏硬度计
Name of Instrument

型号/规格: W-20
Model / Type

资产编号: _____
Asset No.

出厂编号: 150603
Serial No.

制造商: 北京时代山峰科技有限公司
Manufacturer

批准人
Approved by

审核
Inspected by

校准员
Calibrated by

校准日期: 2015 年 06 月 05 日
Date of Calibration Year Month Day

建议校准周期: 1 年
The recommended calibration period

地址: 深圳市光明新区公明办事处合水口社区上屯新村一排11栋A座401
Add: Room401, block a, building 11, row 1, new shangtun village, heshuikou
community, gong ming office, guang ming district, shen zhen, china
电子邮箱 (Email): gt8968@163.com

邮政编码 (Post Code): 518106
电话 (TEL): 0755-27732503
传真 (FAX): 0755-27732491
http://www.szgtjl.com

